



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-17/17

Dotyczy postępowania konkursowego na dostawę wózków zabiegowych.

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na dostawę wózków zabiegowych:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści wózki bez stelaża z profilu aluminiowego, ale zgodnie z wymogiem Zamawiającego, tj. posiadającego szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej do montażu dodatkowego wyposażenia? Jest to rozwiązanie bardziej praktyczne i łatwiejsze do dezynfekcji, gdyż w szczelinach pomiędzy aluminiowym stelażem, a korpusem wózka mogą gromadzić się ogniska bakterii i brud. Proponujemy wykonanie – szafka stalowa lakierowana proszkowo, fronty lakierowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym – czyli zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wózków ze stelażem z profilu aluminiowego.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuści podstawę wózka ze wzmocnionego tworzywa ABS pełniącego dodatkową funkcję odbojów?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podstawę wózka z proponowanego tworzywa.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający wymaga aby szafka była zamocowana na 2 profilach aluminiowych z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie umożliwiającymi montaż wyposażenia dodatkowego (koszyki na akcesoria, kosze na cewniki, półki o wymiarze 600 x 500 mm, szyn instrumentalnych) wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów lub przeróbek technologicznych?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wózków z zamocowaną szafką na 2 profilach aluminiowych wyłącznie za pomocą elementów złącznych.



ISO 9001:2008