



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Część nr 1 – Wózek kąpielowy-sanitarny przeznaczony do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej (2 szt.)

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Zakres ruchu siedziska w pionie: maksymalne położenie 85 - 105 cm, minimalne położenie 30 - 60 cm	Tak, podać	
6.	Wysokość podwozia od podłogi 5 - 25 cm	Tak, podać	
7.	Całkowita szerokość krzeselka 65 - 90 cm	Tak, podać	
8.	Maksymalna całkowita wysokość podnośnika 150 - 170 cm	Tak, podać	
9.	Maksymalne obciążenie podnośnika ≥ 150 kg	Tak, podać	
10.	Hydraulicznie regulowana wysokość	Tak	
11.	Podnoszone poręcze boczne	Tak	
12.	Oparcie umieszczone na jednej poręczy bocznej z możliwością przełożenia na drugą	Tak	
13.	Rama jezdna/podwozie zaopatrzona w cztery kółka, w tym dwa z hamulcami	Tak	
14.	Wyposażenie podnośnika: <ul style="list-style-type: none">• siłownik hydrauliczny,• pas bezpieczeństwa zabezpieczający przed upadkiem pacjenta,• dwuczęściowe siedzisko toaletowe (3 szt. w komplecie z 1 szt. wózka) wykonane z polipropylenu, z możliwością zdejmowania w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji	Tak	



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Uwagi:

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej opisanych parametrów, brak wartości lub opisu w kolumnie „parametry oferowane”, będzie traktowane, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji i spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego rozpatrywania.

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe zawierające dane techniczne oraz ilustrowane foldery producenta, sporządzone w języku polskim.

UWAGA: w przypadku składania przez Wykonawcę ofert na konkretne pakiety należy dołączyć do oferty całość załącznika nr 2 do Ogłoszenia przekreślając te pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 2 – Sterowana elektronicznie wanna prysznicowa (1 szt.)

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia	Tak, podać	
4.	Rok produkcji (nie starsza niż 2015 r.)	Tak, podać	
5.	Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo	Tak	
6.	Wymiary wanny: długość: 195–210 cm; szerokość: 65–80 cm	Tak, podać	
7.	Funkcja pochylenia wanny umożliwiająca usunięcie wody	Tak	
8.	Uchylnie poręcze boczne	Tak	
9.	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 55-65 cm – 105-120 cm	Tak, podać	
10.	Regulacja pozycji anty-Trendelenburga	Tak	
11.	Wąż spustowy odprowadzający wodę	Tak	
12.	Maksymalne obciążenie nie większe niż 175 kg	Tak	
13.	Zasilanie akumulatorowe	Tak	
14.	Kółka jezdne (4), w centralną blokadą	Tak	

Uwagi:

Niespełnienie któregośkolwiek z wyżej opisanych parametrów, brak wartości lub opisu w kolumnie „parametry oferowane”, będzie traktowane, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji i spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego rozpatrywania.

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe zawierające dane techniczne oraz ilustrowane foldery producenta, sporządzone w języku polskim.

UWAGA: w przypadku składania przez Wykonawcę ofert na konkretne pakiety należy dołączyć do oferty całość załącznika nr 2 do Ogłoszenia przekreślając te pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.